

EFECTIVIDAD Y SEGURIDAD DE LOS DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA VENTRICULAR IZQUIERDA (DAVI) COMO TERAPIA DE DESTINO EN EDAD PEDIÁTRICA

Este documento ha sido realizado por la Unidad de Asesoramiento Científico-técnico, Avalia-t, unidad dependiente de la Agencia Gallega del Conocimiento en Salud (ACIS), en el marco de la financiación del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social para el desarrollo de las actividades del Plan anual de Trabajo de la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del SNS.

La insuficiencia cardíaca avanzada es una patología poco frecuente en población pediátrica y se debe fundamentalmente a cardiopatías congénitas o miocardiopatías. Los Dispositivos de Asistencia Ventricular (DAV) son bombas que actúan generando un flujo circulatorio, que permite substituir parcial o totalmente la función del corazón en situaciones de fallo cardíaco grave (agudo o crónico), que no responde a otros tratamientos. Las publicaciones actuales no permiten establecer el balance beneficio-riesgo para el uso de este tipo de dispositivos en una indicación permanente en la población pediátrica.

DOCUMENTOS RELACIONADOS

[Resumen](#)[Texto completo](#)[Exportar Cita](#)