

EFECTIVIDAD Y SEGURIDAD DE LOS DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA VENTRICULAR IZQUIERDA (DAVI) COMO TERAPIA DE DESTINO EN EDAD PEDIÁTRICA

Este documento foi realizado pola Unidade de Asesoramento Científico-técnico, Avalia-t, unidade dependente da Axencia Galega do Coñecemento en Saúde (ACIS), no marco do financiamento do Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar Social para o desenvolvemento das actividades do Plan anual de Traballo da Rede Española de Axencias de Avaliación de Tecnoloxías Sanitarias e Prestacións do SNS.

A insuficiencia cardíaca avanzada é una patoloxía pouco frecuente en poboación pediátrica e débese fundamentalmente a cardiopatías conxénitas ou miocardiopatías. Os Dispositivos de Asistencia Ventricular (DAV) son bombas que actúan xerando un fluxo circulatorio, que permite substituír parcial ou totalmente a función do corazón en situacións de fallo cardíaco grave (agudo ou crónico), que non responde a outros tratamentos. As publicacións actuais non permiten establecer o balance beneficio-risco para o uso deste tipo de dispositivos nunha indicación permanente na poboación pediátrica.

DOCUMENTOS RELACIONADOS

[Resumo](#)[Texto completo](#)[Exportar Cita](#)