

TELEMONITORIZACIÓN INVASIVA DE PRESIONES PULMONARES EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDÍACA

Los objetivos principales de este informe son evaluar los resultados clínicos, la satisfacción/aceptabilidad del paciente con insuficiencia cardíaca (IC), así como la del personal sanitario que emplea la telemonitorización de presiones pulmonares en el manejo de la IC. Según los estudios clínicos, estos dispositivos no presentan importantes problemas de seguridad y reducen la frecuencia de hospitalizaciones, aunque esto finalmente no se traduce en una reducción de la mortalidad en estos pacientes. Sin embargo, se dispone de poca información sobre la calidad de vida de los pacientes usuarios de estos dispositivos o la aceptabilidad/satisfacción de estos y los clínicos encargados de su manejo.

DOCUMENTOS

ASOCIADOS

[Texto completo](#)

[Exportar cita RIS](#)