

TELEMONITORIZACIÓN INVASIVA DE PRESIONES PULMONARES EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDÍACA

Os obxectivos principais deste informe son avaliar os resultados clínicos, a satisfacción/aceptabilidade do paciente con insuficiencia cardíaca, así como a do personal sanitario que usa a telemonitorización de presións pulmonares no manexo da insuficiencia cardíaca. Segundo os estudos clínicos, estes dispositivos non presentan importantes problemas de seguridade e reducen a frecuencia de hospitalizacións, aínda que esto finalmente non se traduce nunha redución da mortalidade nos pacientes. Ademáis, dispónse de pouca información sobre a calidade de vida dos pacientes usuarios destes dispositivos ou a aceptabilidade/satisfacción destes e os clínicos encargados do seu manexo.

DOCUMENTOS ASOCIADOS

[Texto completo](#)[Exportar cita RIS](#)