

CRIOTERAPIA PARA LA PREVENCIÓN DE LA NEUROPATÍA PERIFÉRICA SECUNDARIA A QUIMIOTERAPIA. DISPOSITIVO PARA EL ENFRIAMIENTO DE MANOS Y PIES

Este documento es una ficha de Evaluación de Tecnologías Sanitarias Nuevas y Emergentes. Su objetivo es proporcionar la información disponible que permita que la evaluación pueda llevarse a cabo en una fase temprana de la aparición de una técnica, tecnología o procedimiento, que se prevé va a tener impacto en la calidad de vida y en el sistema sanitario. Se contribuye así a facilitar la toma de decisiones sobre la incorporación de las tecnologías nuevas y emergentes en el sistema sanitario, cuando corresponda llevarla a cabo.

Esta ficha de evaluación de tecnologías emergentes evalúa el grado de desarrollo de la crioterapia para la prevención de la neuropatía periférica secundaria a quimioterapia (CIPN, siglas en inglés). La ficha analiza aspectos relativos a la efectividad (en variables como dolor o calidad de vida), la seguridad o los costes. La evidencia es amplia, mostrando que el uso de crioterapia podría prevenir o disminuir la gravedad de los síntomas de la CIPN. Sin embargo, hay que destacar la limitación en el uso del dispositivo que supone la baja tolerancia por parte de los pacientes a la crioterapia mediante guantes y calcetines congelados. Nuevos dispositivos con mayor control de la temperatura (refrigeración líquida y criocompresión) están en desarrollo lo que podrá ayudar a mejorar el papel de la crioterapia en la prevención de la CIPN.

DOCUMENTOS ASOCIADOS

[Texto completo](#)[Exportar cita](#)