

SEGURIDAD Y EFECTIVIDAD DEL SOPORTE CIRCULATORIO PERCUTÁNEO IMPELLA® CP (4.0) EN EL SHOCK CARDIOGÉNICO.

Este documento se ha realizado al amparo del convenio de colaboración suscrito por el Instituto de Salud Carlos III, organismo autónomo del Ministerio de Economía y Competitividad, y la Conselleria de Sanidade de la Xunta de Galicia, en el marco del desarrollo de actividades de la Red Espanola de Agencias de Evaluación de Tecnologías y Prestaciones del SNS, financiadas por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 2017.

El sistema de soporte circulatorio percutáneo Impella C.P. se incluye dentro de la modalidad de dispositivos de asistencia ventricular izquierda (DAVI) de corta duración. Su principal función es favorecer la descarga del ventrículo izquierdo (VI) reduciendo así la presión diastólica final y la tensión de la pared del VE y la demanda de oxígeno del miocardio. Con esta ficha se trata de evaluar la seguridad y efectividad de este dispositivo.

DOCUMENTOS RELACIONADOS

[Texto completo](#)[Resumen](#)[Exportar cita](#)